

Số: /TB-BV

Quang Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế, sinh phẩm y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Thị Hiền
– ĐT: 0912.896.446
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Nhận qua email: khoaduocbvqb.@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 18/4/2024 đến trước 17h ngày 28/4/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Có danh mục chi tiết kèm theo
- Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình, Đ/c: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
- Thời gian giao hàng dự kiến: 5/2024
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần bằng hình thức chuyển khoản.
- Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, Khoa Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Thanh

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo công văn số: /TB-BV ngày 17 tháng 4 năm 2024)

Stt	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Test thử xét nghiệm các type kháng thể virus HIV	<p>Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người.</p> <p>Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2.</p> <ul style="list-style-type: none">- Độ nhạy tương quan: 100%,- Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%,- Độ chính xác: 99.99%. <p>- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%</p> <p>Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính: HBsAg, Anti-Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-Rubella IgG</p> <p>Không bị nhiễu bởi các chất: Creatine 200 mg/dL, Bilirubin 1g/dL, Caffeine 20 mg/dL"</p>	700	Test	
2	Test thử xét nghiệm kháng nguyên HBsAg	<p>Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.</p> <p>Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Độ nhạy tương quan: 100%- Độ đặc hiệu tương quan: 100%- Độ chính xác tương quan: 100%.- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% <p>Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.</p> <p>Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori.</p> <p>Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L</p> <p>Phân loại TTBYT: D</p> <p>Đọc kết quả tại 15 phút."</p>	700	Test	
3	Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan HCV	<p>Định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.</p> <p>Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HCV tái tổ hợp.</p>	900	Test	

		<ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy tương quan: 99.05%; - Độ đặc hiệu tương quan: 99.46%; - Độ chính xác tương quan: 99.33%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính HBsAg, HAV, HIV, Dengue, Syphilis, TB, H. Pylori, RF. Không bị gây nhiễu bởi EDTA nồng độ 3.4 $\mu\text{mol/L}$ và Sodium citrate nồng độ 3.8% Phân loại TTBYT: D Đọc kết quả tại 15 phút.			
4	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh không cần nước	Nồng độ Ethanol $\geq 70\%$ w/w , Chlorhexidine digluconate $\geq 0,5\%$ w/w .. Chai 1000mL	20	Chai	
5	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế bao gồm cả dụng cụ nội soi không chịu nhiệt, có chứa OPA.	Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Tặng kèm test thử. Can 5 lít	50	Can	
6	Viên nén khử khuẩn các bề mặt cứng	Viên sỏi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium 50% kl/kl. pH 5.0-6.5 - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên. - Đạt các tiêu chuẩn: ISO13485, CFS, GMP,	800	Viên	
7	Dầu Parafin vô khuẩn	Không mùi, không vị . Không hòa tan trong nước và ethanol.	10	Lít	
8	Gel siêu âm	Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, dễ dàng tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. ISO 13485:2016. Can 5 lít	10	Can	
9	Nước cất	Nước cất 2 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO; can 5 lít	40	Can	
10	Ống nghiệm nước tiêu	Được bằng thủy tinh	2000	Cái	
11	Giấy in siêu âm	Kích thước: 110mm x 20m. Dạng cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình	50	Cuộn	

		ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016			
	Tổng cộng: 11 khoản				

Tên công ty :.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mã số thuế:.....

Số tài khoản: Tại Ngân hàng.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUANG BÌNH

Công ty..... xin trân trọng báo giá như sau:

- Giá trên đã bao gồm : VAT, chi phí vận chuyển đến đơn vị.
- Địa điểm giao hàng : Khoa dược – BVĐK huyện Quang Bình, Đ/C: Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
- Báo giá có hiệu lực trong.....

ST T	MHH	Tên hàng hóa	Tên hàng hóa theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu, năm SX	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Số lượng	Mã 5086 (nếu có)	Mã HS
		Tổng số: Mặt hàng											

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(Yêu cầu ký bút xanh, đóng dấu đỏ)

