

Số: 184/YC- YCBG
V/v mời báo giá trang thiết bị y tế

Quang Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho phòng điều trị phục vụ công tác khám và điều trị A10 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện ĐK huyện Quang Bình**

Địa chỉ: Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

2. Chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Phạm Thị Hồng Thuý – khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện ĐK huyện Quang Bình

Số điện thoại: 0973.453.254

3. Các đơn vị báo giá bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau:

Khoa Dược, VT-TTBYT, Bệnh viện ĐK huyện Quang Bình

Địa chỉ: Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

SĐT: 02193.820.065

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 08h00 ngày 08 tháng 11 năm 2024 đến 17h00 ngày 18 tháng 11 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục thiết bị (theo phụ lục đính kèm)

Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện ĐK huyện Quang Bình. Địa chỉ: Tổ 5, TT Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt, vận chuyển, bảo quản... và không phát sinh bất cứ chi phí gì thêm.


Bệnh viện mong nhận được sự quan tâm và chào giá của các quý công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV QB
- Lưu: VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hải Võ

Phụ lục 01
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo cv 181 /YC- YCBG ngày 7/11/2024)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm tiêm điện	<u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Kẹp cọc truyền: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz và có Pin sạc - Có thể sử dụng các loại bơm tiêm: 5mL, 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng sản xuất khác nhau - Có chế độ tiêm nhanh (Bolus) - Hiện thị được thể tích dịch đã tiêm - Có báo động trong các trường hợp: + Tắc đường tiêm truyền + Bơm tiêm lắp không đúng + Pin yếu + Chưa cài đặt tốc độ tiêm + Chưa cài đặt thể tích dịch tiêm + Hoàn thành thể dịch đặt trước.	Bộ	2
2	Bộ khám ngũ quan	<u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> - Đầu thiết bị khám tai 01 Cái, - Loa soi tai: 03 cái, - Đầu đèn khám mắt: 01 cái, - Van mở mũi: 01 cái, - Gọng dẫn quang cong: 01 cái, - Gương soi thanh quản số 3: 01 cái, - Gương soi thanh quản số 4: 01 cái, - Bộ phận kẹp giữ đèn lưới: 01 cái, - Bóng đèn thay thế trên đèn soi tai (có thể dùng cho gọng dẫn quang cong): 01 cái - Cán pin: 01 cái, - Hộp đựng: 01 cái <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Công suất bóng đèn chiếu sáng 2.7 V - Nguồn cấp điện thông qua các cán tay cầm	Bộ	1
3	Máy đo đường huyết	<u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> Máy đo đường huyết: 01 cái Que thử đường huyết Kim chích máu Bút chích máu Bao đựng Hướng dẫn sử dụng <u>Thông số kỹ thuật:</u> Dùng để đo định lượng mức đường huyết trong máu toàn phần mao mạch.	Cái	2
4	Huyết áp kế điện tử (Máy đo huyết áp bắp tay tự động)	<u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u> - Máy chính: 01 cái - Vòng hơi: 01 cái	Cái	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Pin kèm theo máy - Hướng dẫn sử dụng <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Chức năng: Đo huyết áp, nhịp tim - Có cảnh báo rối loạn nhịp tim 		
5	Ống nghe tim mạch	Chiều dài: 69cm/27 inch Gồm 2 màng nghe	Cái	2
6	Xe đẩy máy Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 500 x 500 x 620 - 1070mm. Kích thước mặt bàn: 320 x 220mm, Chất liệu Inox, 5 bánh xe xoay 360 có khoá. - Bề mặt để máy điện tim liền, cứng có lan can quay xung quanh để tránh rơi máy. - Có giỏ inox đựng bộ dụng cụ. 	Cái	2
7	Xe cấp phát thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 850 x 520 x 900 mm. - Chất liệu nhựa ABS và hợp kim nhôm - Gồm 5 ngăn kéo; 01 giá đỡ máy; 01 hộp đựng Bơm tiêm để tiêu huỷ; 01 thùng đựng rác; 01 kệ trượt làm việc; 01 cây truyền dịch; 01 hộc đựng tài liệu; 02 thùng rác đựng rác; 01 tấm ép tim; 01 giá đỡ bình oxy, 04 bánh xe, 2 bánh có khoá, Có khoá trung tâm cho các ngăn kéo. 	Cái	1
8	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số	Máy chính: 01 chiếc, có màn hình màu điều khiển TFT LCD hoặc tương đương $\geq 10,4$ inch kèm các phụ kiện tối thiểu cho 5 Thông số: ECG, Nhịp thở, SPO2, NIBP, Nhiệt độ; kèm theo miếng dán điện cực.	Bộ	2
9	Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 cầm tay	Cấu hình tiêu chuẩn: <ul style="list-style-type: none"> - Sensor đo SPO2 người lớn: 01 - Nguồn AC/DC: 01 - Dây nguồn: 01 - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Dải đo: SPO2: 40%-100% Sai số: 70-100%, $\pm 2\%$ - Nhịp tim: Dải đo: 30-250bpm Sai số: ± 2bpm 	Cái	2
Tổng cộng: 9 khoản mục				

Mẫu báo giá
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế:.....

1. Báo giá cho các hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã hiệu, nhãn hiệu, model (nếu có)	Tên thương mại (nếu có)	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hàng hóa a											
....												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: — ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Mục I - Yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.....năm.....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã hàng hóa theo phụ lục mời báo giá

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên hàng hóa theo phụ lục mời báo giá

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá

(5), Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm chi phí vận chuyển, VAT và các chi phí phát sinh)lương ứng với từng thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm và vật tư khác.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm và vật tư khác .. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế, hóa chất, vật tư xét nghiệm và vật tư khác (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chỉ phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND

(7)Ghi rõ đơn giá trúng thầu tham khảo và số Quyết định trúng thầu, ngày tháng, năm quyết định, nơi trúng thầu

(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.